

# EU-overensstemmelseserklæring

<b>Producent</b>	Navn: Gram Scientific ApS. (CVR No. 43122193) Adresse: Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens Tel.: 0045 73 20 13 00
<b>Produkt</b>	Model: Baker GA 900, Baker GA 500  Kølemedium: R290  År: 2023
<b>Direktiver</b>	Produktet er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og bestemmelser i:  <b>Maskindirektivet 2006/42/EF</b>  Produktet er hvor det er relevant i overensstemmelse med følgende andre direktiver:  <b>Electromagnetic Compatibility Direktiv - 2014/30/EU</b> <b>Forordning 2015/1095</b> <b>FCM regulativ 10/2011</b> <b>Forordning 1935/2004</b> <b>RoHS 2 - 2011/65/EU</b> <b>RoHS 3 - (EU) 2015/863</b>
<b>Standarder</b>	Følgende standarder er anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at overholde de relevante direktiver:  <b>DS/EN 12100:2011</b> – Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsettelse  <b>DS/EN 60335-1:2012</b> – Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 1: Generelle krav  <b>DS/EN 60335-2-89:2010</b> – Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 2-89: Særlige krav til køleapparater til erhvervsmæssig brug med en indbygget eller separat enhed eller kompressor til kondensering af kølemiddel
<b>Ansvarlig person for teknisk dossier</b>	Firma: Gram Scientific ApS. (CVR No. 43122193) Adresse: Aage Grams Vej 1 Navn: John Lund
<b>Signatur</b>	Vojens 06/09-2023 R&D Manager 