

# EG-Konformitätserklärung

**Hersteller** Firma: Gram Scientific ApS.(CVR No. 43122193)  
Anschrift: Aage Grams Vej 1  
DK-6500 Vojens  
Tel.: 0045 73 20 13 00

**Produkt** Modell: Baker GA 900, Baker GA 500

Kühlmittel: R290

Jahr: 2016

**Richtlinien** Das Produkt entspricht alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen und Bestimmungen in:

**Maschinenrichtlinie 2006/42/EF**

Das Produkt ist wo es relevant ist in Übereinstimmung mit den folgenden anderen Richtlinien:

**Verordnung 2015/1095**

**FCM-Regulativ 10/2011**

**Verordnung 1935/2004**

**RoHS - 2011/65/EU**

**RoHS 3 - (EU) 2015/863**

**Standarde** Die folgenden Normen werden in dem Maße verwendet, wie dies für die Einhaltung der relevanten Richtlinien erforderlich ist:

**DS/EN 12100:2011** – Maschinen Sicherheit -- Allgemeine Grundsätze für Design -- Risikobewertung und Risikominderung

**DS/EN 60335-1:2012** – Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte. Sicherheit. Allgemeine Anforderungen

**DS/EN 60335-2-89:2010** – Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte. Sicherheit. Besondere Anforderungen an gewerbliche Kältegeräte mit eingebauter oder ferngesteuerter Kältemittelverflüssiger oder Kompressor

**Verantwortlicher für technisches Dossier** Firma: Gram Scientific ApS. (CVR No. 43122193)  
Adresse: Aage Grams Vej 1  
Name: John Lund

**Signatur** Vojens 06/09-2023 R&D Manager

